

台北捐血中心  
血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課

測試月份：104 年 7 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球	Packed RBCs	Hct	44/40,460	64	4.5	55-80% w/o SAGM
			20/11,074	55	2.7	50-70% w. SAGM
球 類	Leukocyte	leukocyte count	4/501	0.11	0.030	$< 5 \times 10^6$ /unit w/o SAGM
	Reduced RBCs	( $\times 10^6$ /unit)	8/3,016	0.12	0.042	$< 5 \times 10^6$ /unit w SAGM
血 小 板	Platelet Concentrate	platelet count ( $\times 10^{10}$ /unit)	40/5,510	4.5	0.84	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	40/5,510	7.2	0.15	$\geq 6.2$
類	Apheresis Platelets	platelet count ( $\times 10^{11}$ /unit)	34/3,989	3.5	0.27	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	34/3,989	7.5	0.087	$\geq 6.2$
血 漿 類	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ( $\times 10^6$ /unit)	16/3,302	0.79	0.31	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ( $\times 10^{11}$ /unit)	16/3,302	3.8	0.34	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	16/3,302	7.5	0.065	$\geq 6.2$
血 漿 類	FFP	Factor VIII				$\geq 70\%$
		RBC count ( $\times 10^9$ /L)	44/39,882	ND		$< 6.0 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ( $\times 10^9$ /L)	44/39,882	ND		$< 0.1 \times 10^9$ /L
		platelet count ( $\times 10^9$ /L)	44/39,882	17	8.9	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	factor VIII				$\geq 40$ IU /unit
		fibrinogen				$\geq 75$ mg /unit

備註：

- 1.FFP 之紅血球及白血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable, "ND" 表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
3. No of tested/No of prepared 之 No 表示 unit。

表 QP-BB-032-6.7-001

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密

紀錄編號：E0-10408-001