

台北捐血中心
血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課

測試月份：104 年 11 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅血球類	Packed RBCs	Hct	44/40,765	64	5.1	55-80% w/o SAGM
			20/8,892	55	2.1	50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count (×10 ⁶ /unit)	4/554	0.14	0.11	<5×10 ⁶ /unit w/o SAGM
			8/2,668	0.31	0.031	<5×10 ⁶ /unit w SAGM
血小板類	Platelet Concentrate	platelet count (×10 ¹⁰ /unit)	40/7,114	4.4	1.4	≥2.75×10 ¹⁰ /unit
		pH	40/7, 114	7.2	0.39	≥6.2
	Apheresis Platelets	platelet count (×10 ¹¹ /unit)	30/3,643	3.5	0.47	≥3.0×10 ¹¹ /unit
		pH	30/3, 643	7.4	0.11	≥6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count (×10 ⁶ /unit)	18/3,678	0.76	0.52	<5×10 ⁶ /unit
		platelet count (×10 ¹¹ /unit)	18/3, 678	3.4	0.33	≥3.0×10 ¹¹ /unit
		pH	18/3, 678	7.5	0.070	≥6.2
血漿類	FFP	Factor VIII				≥70%
		RBC count (×10 ⁹ /L)	40/34,484	ND		<6.0×10 ⁹ /L
		leukocyte count (×10 ⁹ /L)	40/34,484	ND		<0.1×10 ⁹ /L
		platelet count (×10 ⁹ /L)	40/34,484	21	8.8	<50×10 ⁹ /L
	Cryo	factor VIII				≥40 IU /unit
		fibrinogen				≥75 mg /unit

備註：

- 1.FFP 之紅血球及白血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable ,”ND”表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
3. No of tested/No of prepared 之 No 表示 unit。

表 QP-BB-032-6.7-001

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密

紀錄編號：E0-104012-001