

台北捐血中心
血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課

測試月份：105 年 7 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅血球類	Packed RBCs	Hct	44/40,085	68	4.9	55-80% w/o SAGM
			20/10,390	58	1.3	50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count (×10 ⁶ /unit)	4/1,021	0.28	0.19	<5×10 ⁶ /unit w/o SAGM
			8/5,370	0.46	0.055	<5×10 ⁶ /unit w SAGM
血小板類	Platelet Concentrate	platelet count (×10 ¹⁰ /unit)	58/5,410	5.0	1.1	≥2.75×10 ¹⁰ /unit
		pH	58/5,410	7.1	0.38	≥6.2
	Apheresis Platelets	platelet count (×10 ¹¹ /unit)	32/3,652	3.5	0.47	≥3.0×10 ¹¹ /unit
		pH	32/3,652	7.4	0.10	≥6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count (×10 ⁶ /unit)	16/4,535	1.0	0.50	<5×10 ⁶ /unit
		platelet count (×10 ¹¹ /unit)	16/4,535	3.5	0.25	≥3.0×10 ¹¹ /unit
		pH	16/4,535	7.5	0.081	≥6.2
	血漿類	FFP	Factor VIII			
RBC count (×10 ⁹ /L)			44/38,725	ND		<6.0×10 ⁹ /L
leukocyte count (×10 ⁹ /L)			44/38,725	ND		<0.1×10 ⁹ /L
platelet count (×10 ⁹ /L)			44/38,725	15	7.0	<50×10 ⁹ /L
Cryo		factor VIII				≥40 IU /unit
		fibrinogen				≥75 mg /unit

備註：

- 1.FFP 之紅血球及白血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable ,”ND”表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
3. No of tested/No of prepared 之 No 表示 unit。

表 QP-BB-032-6.7-001

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密

紀錄編號：E0-10508-001