

台北捐血中心
血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課

測試月份：105 年 11 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅血球類	Packed RBCs	Hct	50/40,285	66	5.0	55-80% w/o SAGM
			20/7,228	56	2.7	50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count (×10 ⁶ /unit)	4/1,720	0.31	0.12	<5×10 ⁶ /unit w/o SAGM
			8/6,134	0.92	0.20	<5×10 ⁶ /unit w SAGM
血小板類	Platelet Concentrate	platelet count (×10 ¹⁰ /unit)	40/5,568	4.6	1.0	≥2.75×10 ¹⁰ /unit
		pH	40/5,568	7.2	0.21	≥6.2
	Apheresis Platelets	platelet count (×10 ¹¹ /unit)	26/3,394	3.8	0.35	≥3.0×10 ¹¹ /unit
		pH	26/3,394	7.4	0.091	≥6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count (×10 ⁶ /unit)	18/4,166	1.11	0.65	<5×10 ⁶ /unit
		platelet count (×10 ¹¹ /unit)	18/4,166	3.9	0.23	≥3.0×10 ¹¹ /unit
		pH	18/4,166	7.5	0.070	≥6.2
	血漿類	FFP	Factor VIII			
RBC count (×10 ⁹ /L)			42/36,949	ND		<6.0×10 ⁹ /L
leukocyte count (×10 ⁹ /L)			42/36,949	ND		<0.1×10 ⁹ /L
platelet count (×10 ⁹ /L)			42/36,949	18	8.5	<50×10 ⁹ /L
Cryo		factor VIII				≥40 IU /unit
		fibrinogen				≥75 mg /unit

備註：

- 1.FFP 之紅血球及白血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable ,”ND”表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
3. No of tested/No of prepared 之 No 表示 unit。

表 QP-BB-032-6.7-001