

台北捐血中心
血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課

測試月份：106 年 3 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	59/53,682	67	4.8	55-80% w/o SAGM
			4/22	57	1.2	50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count (×10 ⁶ /unit)	12/8,712	0.27	0.11	<5×10 ⁶ /unit w/o SAGM
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count (×10 ¹⁰ /unit)	60/2,268	3.9	1.0	≥2.75×10 ¹⁰ /unit
		pH	60/2,268	7.3	0.16	≥6.2
	Apheresis Platelets	platelet count (×10 ¹¹ /unit)	15/3,281	4.2	0.51	≥3.0×10 ¹¹ /unit
		pH	15/3,281	7.5	0.074	≥6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count (×10 ⁶ /unit)	22/4,854	0.87	0.38	<5×10 ⁶ /unit
		platelet count (×10 ¹¹ /unit)	22/4,854	3.8	0.46	≥3.0×10 ¹¹ /unit
		pH	22/4,854	7.6	0.059	≥6.2
	血 漿 類	FFP	Factor VIII			
RBC count (×10 ⁹ /L)			40/38,092	ND		<6.0×10 ⁹ /L
leukocyte count (×10 ⁹ /L)			40/38,092	ND		<0.1×10 ⁹ /L
platelet count (×10 ⁹ /L)			40/38,092	19	10.6	<50×10 ⁹ /L
Cryo		factor VIII				≥40 IU /unit
		fibrinogen				≥75 mg /unit

備註：

- 1.FFP 之紅血球及白血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable ,”ND”表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
3. No of tested/No of prepared 之 No 表示 unit。

表 QP-BB-032-6.7-001