

台北捐血中心
血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課

測試月份：106 年 5 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅血球類	Packed RBCs	Hct	68/45,934	65	5.1	55-80% w/o SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count (×10 ⁶ /unit)	18/10,914	0.39	0.28	<5×10 ⁶ /unit w/o SAGM
血小板類	Platelet Concentrate	platelet count (×10 ¹⁰ /unit)	60/1,914	3.8	1.1	≥2.75×10 ¹⁰ /unit
		pH	60/1,914	7.3	0.16	≥6.2
	Apheresis Platelets	platelet count (×10 ¹¹ /unit)	23/3,298	3.7	0.45	≥3.0×10 ¹¹ /unit
		pH	23/3,298	7.4	0.11	≥6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count (×10 ⁶ /unit)	24/5,158	0.49	0.33	<5×10 ⁶ /unit
		platelet count (×10 ¹¹ /unit)	24/5,158	3.7	0.29	≥3.0×10 ¹¹ /unit
		pH	24/5,158	7.5	0.070	≥6.2
	血漿類	FFP	Factor VIII			
RBC count (×10 ⁹ /L)			38/32,205	ND		<6.0×10 ⁹ /L
leukocyte count (×10 ⁹ /L)			38/32,205	ND		<0.1×10 ⁹ /L
platelet count (×10 ⁹ /L)			38/32,205	20	12.2	<50×10 ⁹ /L
Cryo		factor VIII				≥40 IU /unit
		fibrinogen				≥75 mg /unit

備註：

- 1.FFP 之紅血球及白血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable ,”ND”表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
3. No of tested/No of prepared 之 No 表示 unit。

表 QP-BB-032-6.7-001