

台北捐血中心
血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課、花蓮站

測試月份：107 年 9 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	73/39,605	67	4.8	55-80% w/o SAGM
			NA			50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	26/23,019	0.11	0.057	$< 5 \times 10^6$ /unit
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	40/1,342	4.7	1.0	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	40/1,342	7.0	0.49	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	13/2,958	4.0	0.42	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	13/2,958	7.4	0.057	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	36/5,538	0.28	0.55	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	36/5,538	3.7	0.31	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	36/5,538	7.4	0.10	≥ 6.2
血 漿 類	FFP	Factor VIII	NA	NA	NA	$\geq 70\%$
		RBC count ($\times 10^9$ /L)	57/25,895	ND	NA	$< 6.0 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ($\times 10^9$ /L)	57/25,895	ND	NA	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		platelet count ($\times 10^9$ /L)	57/25,895	20	11	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	factor VIII	NA	NA	NA	≥ 40 IU /unit
		fibrinogen	NA	NA	NA	≥ 75 mg /unit

備註：

- 1.FFP 之紅血球及白血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable, "ND"表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
3. No of tested/No of prepared 之 No 表示 unit。

表 QP-BB-032-6.7-001