

台北捐血中心  
血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課、花蓮站

測試月份：110 年 3 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	24/1,108	70	4.9	55-80% w/o SAGM
			NA			50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ( $\times 10^6$ /unit)	86/68,499	0.042	0.022	$< 5 \times 10^6$ /unit
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ( $\times 10^{10}$ /unit)	18/408	4.4	0.81	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	18/408	7.1	0.15	$\geq 6.2$
	Apheresis Platelets	platelet count ( $\times 10^{11}$ /unit)	24/2,822	3.7	0.36	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	24/2,822	7.5	0.080	$\geq 6.2$
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ( $\times 10^6$ /unit)	40/6,795	0.048	0.022	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ( $\times 10^{11}$ /unit)	40/6,795	3.3	0.28	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
pH		40/6,795	7.5	0.064	$\geq 6.2$	
血 漿 類	FFP	Factor VIII	NA	NA	NA	$\geq 70\%$
		RBC count ( $\times 10^9$ /L)	74/41,197	ND	NA	$< 6.0 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ( $\times 10^9$ /L)	74/41,197	0.013	0.018	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		platelet count ( $\times 10^9$ /L)	74/41,197	13	14	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	factor VIII	NA	NA	NA	$\geq 40$ IU /unit
		fibrinogen	NA	NA	NA	$\geq 75$ mg /unit

備註：

- 1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable, "ND" 表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
3. No of tested/No of prepared 之 No 表示 unit。

表 QP-BB-032-6.7-001