

台北捐血中心
血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課、花蓮站

測試月份：110 年 5 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	26/463	70	5.6	55-80% w/o SAGM
			NA			50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	84/46,598	0.065	0.05	$< 5 \times 10^6$ /unit
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	20/278	4.6	1.0	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	20/278	7.1	0.25	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	13/2,674	3.7	0.32	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	13/2,674	7.5	0.11	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	38/6,114	0.059	0.027	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	38/6,114	3.6	0.24	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	38/6,114	7.5	0.069	≥ 6.2
	血 漿 類	FFP	Factor VIII	NA	NA	NA
RBC count ($\times 10^9$ /L)			70/28,656	ND	NA	$< 6.0 \times 10^9$ /L
leukocyte count ($\times 10^9$ /L)			70/28,656	0.011	0.014	$< 0.1 \times 10^9$ /L
platelet count ($\times 10^9$ /L)			70/28,656	13	15	$< 50 \times 10^9$ /L
Cryo		factor VIII	NA	NA	NA	≥ 40 IU /unit
		fibrinogen	NA	NA	NA	≥ 75 mg /unit

備註：

- 1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable, "ND" 表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
3. No of tested/No of prepared 之 No 表示 unit。

表 QP-BB-032-6.7-001