

台北捐血中心
血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課、花蓮站

測試月份：110 年 12 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	NA	NA	NA	55-80% w/o SAGM
			NA	NA	NA	50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	106/68,575	0.15	0.26	$< 5 \times 10^6$ /unit
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	22/178	5.1	0.88	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	22/178	7.2	0.19	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	21/2,907	3.6	0.38	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	21/2,907	7.5	0.11	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	28/6,754	0.31	0.16	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	28/6,754	3.7	0.37	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
pH		28/6,754	7.5	0.068	≥ 6.2	
血 漿 類	FFP	Factor VIII	14/30,065	112	39	$\geq 70\%$
		RBC count ($\times 10^9$ /L)	88/30,065	ND	NA	$< 6.0 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ($\times 10^9$ /L)	88/30,065	0.0068	0.011	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		platelet count ($\times 10^9$ /L)	88/30,065	10	15	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	factor VIII	12/15,472	74	2.8	≥ 40 IU /unit
		fibrinogen	12/15,472	165	26	≥ 75 mg /unit

備註：

- 1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable, "ND" 表示。
2. No of tested/No of prepared 之 No 表示 unit。
- 3.110年7月1日起全面製備Leukocyte Reduced RBCs，已無製備Packed RBCs此項血品。

表 QP-BB-032-6.7-001