

台北捐血中心
血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課、花蓮站

測試月份：111 年 3 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	NA	NA	NA	55-80% w/o SAGM
			NA	NA	NA	50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	96/72,821	0.099	0.17	$< 5 \times 10^6$ /unit
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	20/154	5.1	1.7	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	20/154	7.2	0.34	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	23/2,830	3.6	0.53	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	23/2,830	7.5	0.085	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	28/6,912	0.26	0.18	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	28/6,912	3.4	0.29	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
pH		28/6,912	7.5	0.11	≥ 6.2	
血 漿 類	FFP	Factor VIII	NA	NA	NA	$\geq 70\%$
		RBC count ($\times 10^9$ /L)	65/35,378	ND	NA	$< 6.0 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ($\times 10^9$ /L)	65/35,378	0.016	0.022	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		platelet count ($\times 10^9$ /L)	65/35,378	14	14	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	factor VIII	NA	NA	NA	≥ 40 IU /unit
		fibrinogen	NA	NA	NA	≥ 75 mg /unit

備註：

- 1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable, ” ND” 表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
3. No of tested/No of prepared 之 No 表示 unit。
- 4.110 年 7 月 1 日起全面製備 Leukocyte Reduced RBCs，已無製備 Packed RBCs 此項血品。

表 QP-BB-032-6.7-001