

台北捐血中心
血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課、花蓮站

測試月份：111 年 11 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	NA	NA	NA	55-80% w/o SAGM
			NA	NA	NA	50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	102/68,038	0.33	0.94	$< 5 \times 10^6$ /unit
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	20/58	4.4	0.80	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	20/58	7.2	0.14	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	16/2,847	3.6	0.35	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	16/2,847	7.5	0.091	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	40/6,414	0.21	0.087	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	40/6,414	3.6	0.30	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	40/6,414	7.5	0.1	≥ 6.2
	血 漿 類	FFP	Factor VIII	NA	NA	NA
RBC count ($\times 10^9$ /L)			54/37,389	ND	NA	$< 6.0 \times 10^9$ /L
leukocyte count ($\times 10^9$ /L)			54/37,389	0.0013	0.0033	$< 0.1 \times 10^9$ /L
platelet count ($\times 10^9$ /L)			54/37,389	0.23	1.1	$< 50 \times 10^9$ /L
Cryo		factor VIII	NA	NA	NA	≥ 40 IU /unit
		fibrinogen	NA	NA	NA	≥ 75 mg /unit

備註：

- 1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable, ” ND” 表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
3. No of tested/No of prepared 之 No 表示 unit。)
- 4.110 年 7 月 1 日起全面製備 Leukocyte Reduced RBCs，已無製備 Packed RBCs 此項血品。

表 QP-BB-032-6.7-001