

台北捐血中心  
血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課、花蓮站

測試月份：112 年 2 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	NA	NA	NA	55-80% w/o SAGM
			NA	NA	NA	50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ( $\times 10^6$ /unit)	100/71791	0.12	0.071	$< 5 \times 10^6$ /unit
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ( $\times 10^{10}$ /unit)	20/36	4.4	0.87	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	20/36	7.3	0.13	$\geq 6.2$
	Apheresis Platelets	platelet count ( $\times 10^{11}$ /unit)	14/2544	3.9	0.53	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	14/2544	7.5	0.12	$\geq 6.2$
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ( $\times 10^6$ /unit)	40/6015	0.35	0.24	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ( $\times 10^{11}$ /unit)	40/6015	3.8	0.47	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
pH		40/6015	7.5	0.099	$\geq 6.2$	
血 漿 類	FFP	Factor VIII	11/37764	138	45	$\geq 70\%$
		RBC count ( $\times 10^9$ /L)	58/37764	ND	NA	$< 6.0 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ( $\times 10^9$ /L)	58/37764	0.00073	0.0035	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		platelet count ( $\times 10^9$ /L)	58/37764	0.51	3.1	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	factor VIII	12/13016	60	10	$\geq 40$ IU /unit
		fibrinogen	12/13016	212	43	$\geq 75$ mg /unit

備註：

- 1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable, ” ND” 表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
3. No of tested/No of prepared 之 No 表示 unit。
- 4.110 年 7 月 1 日起全面製備 Leukocyte Reduced RBCs，已無製備 Packed RBCs 此項血品。

表 QP-BB-032-6.7-001