

醫療財團法人台灣血液基金會 台北捐血中心

血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課、花蓮站

測試月份：2023-12

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	NA	NA	NA	- % w/o SAGM
			NA	NA	NA	- % w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	101/61,296	0.27	0.61	$< 5 \times 10^6$ /unit
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	10/86	5.2	0.88	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	10/86	7.1	0.17	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	Platelet Count ($\times 10^{11}$ /unit)	22/2,909	3.7	0.42	$\geq 3 \times 10^{11}$ /unit
		pH	22/2,909	7.5	0.09	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	30/7,410	0.24	0.1	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	30/7,410	3.6	0.38	$\geq 3 \times 10^{11}$ /unit
pH		30/7,410	7.4	0.1	≥ 6.2	
血 漿 類	FFP	Factor VIII	14/26,448	111	37	$\geq 70\%$
		RBC count ($\times 10^9$ /L)	66/26,448	ND	NA	$< 6 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ($\times 10^9$ /L)	66/26,448	0.0054	0.005	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		Platelet Count ($\times 10^9$ /L)	66/26,448	0.2	0.45	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	Factor VIII	12/9,028	66	20	≥ 40 IU/unit
		Fibrinogen	12/9,028	162	31	≥ 75 mg/unit

- 1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable，"ND"表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
- 3.No of tested/No of prepared 之 No 表示unit。
- 4.110 年 7月1日起全面 製備 Leukocyte Reduced RBCs，已無製備 Packed RBCs 此項血品。

表 QP-BB-032-6.7-001

機密等級：一般 限閱 密 機密