

醫療財團法人台灣血液基金會 台北捐血中心

血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課、花蓮站

測試月份：2024-03

Components	Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value	
			Mean	SD		
紅血球類	Packed RBCs	Hct	NA	NA	NA	- % w/o SAGM
			NA	NA	NA	- % w. SAGM
血小類	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ( $\times 10^6$ /unit)	116/72,622	0.64	3.2	$< 5 \times 10^6$ /unit
血小類	Platelet Concentrate	pH	10/42	7.2	0.16	$\geq 6.2$
血小類	Apheresis Platelets	pH	21/3,098	7.5	0.095	$\geq 6.2$
血小類	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	platelet count ( $\times 10^{11}$ /unit)	28/7,282	3.6	0.24	$\geq 3 \times 10^{11}$ /unit
血漿類	FFP	Factor VIII	0/31,605	NA	NA	$\geq 70\%$
		RBC count ( $\times 10^9$ /L)	76/31,605	ND	NA	$< 6 \times 10^9$ /L
血漿類	FFP	leukocyte count ( $\times 10^9$ /L)	76/31,605	0.0038	0.0049	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		Platelet Count ( $\times 10^9$ /L)	76/31,605	0.11	0.38	$< 50 \times 10^9$ /L
血漿類	Cryo	Factor VIII	NA	NA	NA	$\geq 40$ IU/unit
		Fibrinogen	NA	NA	NA	$\geq 75$ mg/unit

- 1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable ,”ND”表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
- 3.No of tested/No of prepared 之 No 表示unit。
- 4.110 年 7月1日起全面 製備 Leukocyte Reduced RBCs，已無製備 Packed RBCs 此項血品。

表 QP-BB-032-6.7-001

機密等級：一般 限閱 密 機密