

醫療財團法人台灣血液基金會 台北捐血中心

血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課、花蓮站

測試月份：2024-05

Components	Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value		
			Mean	SD			
紅血球類	Packed RBCs	Hct	NA	NA	NA	- % w/o SAGM	
			NA	NA	NA	- % w. SAGM	
血小類	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	98/62,268	0.15	0.12	$< 5 \times 10^6$ /unit	
			Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	8/24	4.6	1.4
血小類	Apheresis Platelets	Platelet Count ($\times 10^{11}$ /unit)	12/3,033	3.8	0.26	$\geq 3 \times 10^{11}$ /unit	
			pH	8/24	7.2	0.075	≥ 6.2
血小類	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	40/6,890	0.3	0.32	$< 5 \times 10^6$ /unit	
			platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	40/6,890	3.8	0.31	$\geq 3 \times 10^{11}$ /unit
			pH	40/6,890	7.5	0.1	≥ 6.2
血漿類	FFP	Factor VIII	NA	NA	NA	$\geq 70\%$	
		RBC count ($\times 10^9$ /L)	69/27,513	ND	NA	$< 6 \times 10^9$ /L	
		leukocyte count ($\times 10^9$ /L)	69/27,513	0.0031	0.0047	$< 0.1 \times 10^9$ /L	
		Platelet Count ($\times 10^9$ /L)	69/27,513	0.21	0.65	$< 50 \times 10^9$ /L	
	Cryo	Factor VIII	NA	NA	NA	≥ 40 IU/unit	
		Fibrinogen	NA	NA	NA	≥ 75 mg/unit	

備註：

- 1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable ,”ND”表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
- 3.No of tested/No of prepared 之 No 表示unit。
- 4.110 年 7月1日起全面 製備 Leukocyte Reduced RBCs，已無製備 Packed RBCs 此項血品。

表 QP-BB-032-6.7-001

機密等級：一般 限閱 密 機密