

醫療財團法人台灣血液基金會 台北捐血中心

血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課、花蓮站

測試月份：2024-11

Components	Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value	
			Mean	SD		
紅血球類	Packed RBCs	Hct	NA	NA	NA	- % w/o SAGM
		Hct	NA	NA	NA	- % w. SAGM
Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ( $\times 10^6$ /unit)	99/59,721	0.3	0.44		$< 5 \times 10^6$ /unit
血小板類	Platelet Concentrate	platelet count ( $\times 10^{10}$ /unit)	10/114	4	0.83	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	10/114	7.3	0.023	$\geq 6.2$
	Apheresis Platelets	Platelet Count ( $\times 10^{11}$ /unit)	12/2,767	3.7	0.32	$\geq 3 \times 10^{11}$ /unit
		pH	12/2,767	7.5	0.1	$\geq 6.2$
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ( $\times 10^6$ /unit)	42/7,022	0.33	0.28	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ( $\times 10^{11}$ /unit)	42/7,022	3.6	0.38	$\geq 3 \times 10^{11}$ /unit
pH		42/7,022	7.5	0.089	$\geq 6.2$	
血漿類	FFP	Factor VIII	0/22,719	NA	NA	$\geq 70\%$
		RBC count ( $\times 10^9$ /L)	67/22,719	ND	NA	$< 6 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ( $\times 10^9$ /L)	67/22,719	0.0013	0.0034	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		Platelet Count ( $\times 10^9$ /L)	67/22,719	0.022	0.15	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	Factor VIII	NA	NA	NA	$\geq 40$ IU/unit
		Fibrinogen	NA	NA	NA	$\geq 75$ mg/unit

備註：

- 1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable ，”ND”表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
- 3.No of tested/No of prepared 之 No 表示unit。
- 4.110 年 7 月 1 日起全面 製備 Leukocyte Reduced RBCs，已無製備 Packed RBCs 此項血品。

表 QP-BB-032-6.7-001

機密等級：一般 限閱 密 機密