

血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課、花蓮站

測試月份：2023-06

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	NA	NA	NA	- % w/o SAGM
			NA	NA	NA	- % w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	96/59,460	0.24	0.36	$< 5 \times 10^6$ /unit
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	20/40	5	0.87	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	20/40	7.1	0.24	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	Platelet Count ($\times 10^{11}$ /unit)	22/2,919	3.7	0.26	$\geq 3 \times 10^{11}$ /unit
		pH	22/2,919	7.5	0.075	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	26/6,426	0.44	0.5	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	26/6,426	4	0.34	$\geq 3 \times 10^{11}$ /unit
pH		26/6,426	7.5	0.1	≥ 6.2	
血 漿 類	FFP	Factor VIII	11/27,687	98	29	$\geq 70\%$
		RBC count ($\times 10^9$ /L)	56/27,687	ND	NA	$< 6 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ($\times 10^9$ /L)	56/27,687	0.00049	0.0022	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		Platelet Count ($\times 10^9$ /L)	56/27,687	0.15	0.36	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	Factor VIII	12/12,554	61	8.2	≥ 40 IU/unit
		Fibrinogen	12/12,554	193	39	≥ 75 mg/unit

備註：

1. FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable，"ND"表示。
2. factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
3. No of tested/No of prepared 之 No 表示unit。
4. 110 年 7 月 1 日起全面 製備 Leukocyte Reduced RBCs，已無製備 Packed RBCs 此項血品。

表 QP-BB-032-6.7-001

機密等級：一般 限閱 密 機密