

醫療財團法人台灣血液基金會 台北捐血中心

血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課、花蓮站

測試月份：2024-07

Components	Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value		
			Mean	SD			
紅血球類	Packed RBCs	Hct	NA	NA	NA	- % w/o SAGM	
			NA	NA	NA	- % w. SAGM	
血小類	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ( $\times 10^6$ /unit)	100/66,434	0.17	0.1	$< 5 \times 10^6$ /unit	
			Platelet Concentrate	platelet count ( $\times 10^{10}$ /unit)	10/118	5.7	1.3
血小類	Apheresis Platelets	Platelet Count ( $\times 10^{11}$ /unit)	10/118	6.9	0.35	$\geq 6.2$	
			pH	10/118	6.9	0.35	$\geq 6.2$
血小類	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ( $\times 10^6$ /unit)	20/3,015	3.8	0.51	$\geq 3 \times 10^{11}$ /unit	
			pH	20/3,015	7.5	0.082	$\geq 6.2$
			platelet count ( $\times 10^{11}$ /unit)	30/6,630	0.63	0.91	$< 5 \times 10^6$ /unit
血小類	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	platelet count ( $\times 10^{11}$ /unit)	30/6,630	3.6	0.31	$\geq 3 \times 10^{11}$ /unit	
			pH	30/6,630	7.4	0.1	$\geq 6.2$
			Factor VIII	0/27,193	NA	NA	$\geq 70\%$
血漿類	FFP	RBC count ( $\times 10^9$ /L)	72/27,193	ND	NA	$< 6 \times 10^9$ /L	
		leukocyte count ( $\times 10^9$ /L)	72/27,193	0.0036	0.0048	$< 0.1 \times 10^9$ /L	
		Platelet Count ( $\times 10^9$ /L)	72/27,193	0.14	0.4	$< 50 \times 10^9$ /L	
		Factor VIII	NA	NA	NA	$\geq 40$ IU/unit	
血漿類	Cryo	Fibrinogen	NA	NA	NA	$\geq 75$ mg/unit	

備註：

1. FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable ,”ND”表示。
2. factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
3. No of tested/No of prepared 之 No 表示unit。
4. 110 年 7 月 1 日起全面 製備 Leukocyte Reduced RBCs，已無製備 Packed RBCs 此項血品。

表 QP-BB-032-6.7-001

機密等級：一般 限閱 密 機密