

醫療財團法人台灣血液基金會 台北捐血中心
血液成品QC測試報告

製備場所：

測試月份：2024-06

Components	Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value	
			Mean	SD		
紅血球類	Packed RBCs	Hct	NA	NA	55 - 80% w/o SAGM	
			0/ NA	NA	NA	50 - 70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	99/61,330	0.18	0.097	$< 5 \times 10^6$ /unit
血小板類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	20/144	5.1	1.1	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	20/144	7	0.52	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	Platelet Count ($\times 10^{11}$ /unit)	21/3,087	3.9	0.46	$\geq 3 \times 10^{11}$ /unit
		pH	21/3,087	7.5	0.098	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	28/6,828	0.3	0.15	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	28/6,828	3.7	0.26	$\geq 3 \times 10^{11}$ /unit
pH		28/6,828	7.5	0.087	≥ 6.2	
血漿類	FFP	Factor VIII	11/25,356	115	48	$\geq 70\%$
		RBC count ($\times 10^9$ /L)	68/25,356	0	0	$< 6 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ($\times 10^9$ /L)	68/25,356	0.0049	0.0059	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		Platelet Count ($\times 10^9$ /L)	68/25,356	0.28	0.71	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	Factor VIII	12/13,528	63	6.8	≥ 40 IU/unit
		Fibrinogen	12/13,528	129	22	≥ 75 mg/unit

製表者：_____ 技術組長：_____ 品保組長：_____ 負責醫師：_____

註記：測試單位數請用千分位(如123,456)表示，mean及S.D請取2位有效數字(如2.3)。

*花蓮站未製備Platelet Concentrate, Cryo血品。(公布於網站時請刪除註記及簽核過程)(公布於網站時備註：1.FFP之紅血球數目其檢驗值低於CBC偵測極限，以Not Detectable, "ND"表示。2.factor VIII及fibrinogen測試頻率每2個月執行。3. No of tested/No of prepared 之No表示unit。4. 110年7月1日起全

表QP-BB-032-6.7-001

機密等級：一般 限閱 密 機密