

台北捐血中心
血液成品 QC 測試報告

製備場所: _台北捐血中心_

測試月份: _115_年_6_月

血品	測試項目	規格	標準	測試結果		
				Mean	SD	Confidence
RBCs	Leukocytes	$< 5.0 \times 10^6/\text{unit}$	$\geq 95\%$	0.12	0.078	$> 99\%$
Leukoreduced	Hct	$\leq 80\%$	$\geq 90\%$	65	4.8	$> 99\%$
Apheresis	Platelets	$\geq 3.0 \times 10^{11}/\text{unit}$	$\geq 90\%$	3.8	0.42	$> 99\%$
Platelets	pH	≥ 6.2	$\geq 90\%$	7.5	0.077	$> 99\%$
Apheresis	Platelets	$\geq 3.0 \times 10^{11}/\text{unit}$	$\geq 90\%$	3.6	0.38	$> 99\%$
Platelets	pH	≥ 6.2	$\geq 90\%$	7.5	0.056	$> 99\%$
Leukoreduced	Leukocytes	$< 5.0 \times 10^6/\text{unit}$	$\geq 95\%$	0.32	0.35	$> 99\%$
FFP	FVIII	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$	121	30	$> 99\%$
	RBCs	$< 6.0 \times 10^9/\text{L}$	$\geq 90\%$	ND	NA	$> 99\%$
	Leukocytes	$< 0.1 \times 10^9/\text{L}$	$\geq 90\%$	0.0034	0.0055	$> 99\%$
	Platelets	$< 50 \times 10^9/\text{L}$	$\geq 90\%$	0.55	0.69	$> 99\%$
Cryo-precipitate	FVIII	$\geq 70 \text{ IU}/\text{袋}^*$	$\geq 90\%$	166	1.6	$> 99\%$
	Fibrinogen	$\geq 140 \text{ mg}/\text{袋}^*$	$\geq 90\%$	356	91	$> 99\%$

*每袋 Cryo 來自 500ml 全血製備

備註：

- 1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable, ”ND” 表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。